

**RESUME DES STATISTIQUES SUISSES  
POUR  
LES STIMULATEURS CARDIAQUES, LES DAI ET LES ABLATIONS  
2013**

**Statistique des stimulateurs cardiaques**

---

Hôpitaux implanteurs de stimulateurs cardiaques	76
Inclus dans la statistique	74
Primo-Implantations de stimulateurs	4614
Changements de stimulateurs	1483
Dont par épuisement de la batterie (EOL)	1298
Primo-implantations d'électrode	7777
Electrodes VD	4529
Electrodes aur.	3074
Electrodes VG	174
Changements d'électrode	285
Electrodes VD	196
Electrodes aur.	75
Electrodes VG	14

**Types de stimulateur lors de la primo-implantation**

AAI(R)	38
WI(R)	1344
VDD(R)	160
DDD(R)	2885
CRT	160

## Statistique des DAI

---

Hôpitaux implanteurs de DAI	46
Inclus dans la statistique	46
Primo-implantations des DAI	1025
Changements de DAI	579
Dont par épuisement de la batterie (EOL)	462
Primo-implantations d'électrode	1904
Electrodes VD	1021
Electrodes aur.	557
Electrodes VG	321
Autres électrodes	5
Changements d'électrode	174
Electrodes VD	112
Electrodes aur.	30
Electrodes VG	31
Autres électrodes	1

### Types de DAI lors de la primo-implantation

Monocaméral	409
Bicaméral	283
CRT	331
Défibrillateur (S-ICD)	2

## Statistique des ablations

---

Nombre de centres	22
Inclus dans la statistique	20
Nombre d'interventions	4221
Nombre d'ablations	4612